

Prof. Dott. Piero MARZATTO  
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA  
DIPARTIMENTO DI SCIENZE  
FISIOLOGICHE-FARMACOLOGICHE  
CELLULARI-MOLECOLARI  
SEZIONE DI FARMACOLOGIA E  
BIOFARMACOLOGIA  
Piazza Teoto 11 - 27100 PAVIA (Italy)  
Tel. (039) 0382 - 300390 - Fax: 306385  
e-mail: pmarzato@unipv.it

**BIO BASIC**  
EUROPE  
Ricerca - Sviluppo - Valutazione  
Documentazione Dermo-cosmetologica  
Via Anselmo Fontana, 10  
20145 Milano (Italy)  
Tel. (02) 31 4155729 tel/fax (039) 21 4190184

**PATCH TEST AD INSULTO RIPETUTO  
(96 ORE)**

Valutazione del potenziale potere irritante di un dispositivo medico di classe I.

**REPEATED PATCH TEST  
(96 HOURS)**

*Clinical evaluation of possible irritating power of a medical device.*

Protocollo n° / Record no.0204G04P

**CEROTTO**

**(Dispositivo Medico di classe I non sterile)  
prodotto da EUROSIREL S.r.l.**

**PLASTER**

**(Medical Device class I<sup>st</sup> not sterile)  
produced by EUROSIREL S.r.l.**

Largo e data di emissione: PAVIA - 11 Luglio 2002  
Place and date of issue: PAVIA - 11<sup>th</sup> July 2002

## Conclusioni *Conclusions*

La tabella ed i grafici precedentemente riportati riassumono i valori degli indici di eritema e di edema rilevati ad ogni singolo volontario e consentono di classificare (secondo Draize modificato) il prodotto:

*The table and the charts listed above contain the values of the erythema and edema indexes found out for each volunteer, so that the product*


**CEROTTO**  
**(Dispositivo Medico di classe I non sterile)**  
**prodotto da EUROSIREL S.r.l.**

**PLASTER**  
**(Medical Device class I<sup>st</sup> not sterile)**  
**produced by EUROSIREL S.r.l.**

*can be classified - following the amended Draize classification - as :*

**NON IRRITANTE**  
*Non Irritating*

Sperimentatore / *Experimenter*  
Prof. Fulvio MARZATICO



Controllo Qualità / *Quality Control*  
Dr. Claudio ANGILOTTA

